

Checklista för insyning/fortlöpande revision av auktoriserade provningslaboratorier för EPW

Företag:	Sökta provningsmetoder:
Datum för insyning/revision: (stryk det ej tillämpliga)	Utförd av:

	Kommentar	Avvikelse nr
Kvalifikationer och Kompetens		
Är företaget certifierat enligt ISO 9001?		
Om inte, hur säkerställs rutiner för kvalitetsledning så som avvikelser, klagomål, kompetens, kalibrering, ständiga förbättringar m.m.?		
Är företaget certifierat enligt ISO 14001?		
Om inte, hur säkerställs rutiner för miljöledning så som avfallshantering, kemikaliehantering, riskhantering, miljölagstiftning m.m.?		
För vilka processer är laboratoriet ackrediterat?		
Om inte, hur säkerställs krav enligt EN ISO 17025:2018, så som opartiskhet, risker, förbättringsarbete m.m.?		
Är den personal som provbereder och provar svetsfogar för kvalifikationsprovning väl inlästa på de standarder som berör provningen?		
Finns dessa standarder tillgängliga under arbetet?		
Har personalen tillgång till och använder den personliga skyddsutrustning som behövs för att utföra arbetet på ett säkert sätt?		
Finns instruktioner för de olika arbetsmomenten?		

Godkänd datum: 2023-08-25

Signatur: 
Ordförande ANB Styrelse

	Kommentar	Avvikelse nr
Finns riskbedömning för de olika arbetsmomenten?		
Uppfyller laboratoriet kompetenskrav enligt SS-EN ISO/IEC 17025?		
Om inte, vad behöver förbättras?		
Utrustning		
Finns utrustning för märkning och mätning av prover såsom märkpena, linjal, måttstock, skjutmått eller dylikt?		
Kan proverna kapas och sektioneras enligt gällande provningsstandarder på ett repeterbart sätt, t ex med hjälp av sågmallar, jiggar eller fixturer?		
Kan de provkroppar som kräver hålbearbetning, t ex enligt EN 13067:2020 subkategori 3.4 och 3.5, bearbetas på ett repeterbart sätt som ger för ögat släta hålytor så att inte provresultatet påverkas?		
Finns utrustning för kontrollmätning av provkroppsgeometri?		
Sker någon bearbetning med skärvätska eller kylvätska?		<i>Notering: Ska vara nej.</i>
Är all utrustning som används för mätning och provning kalibrerad?		
Uppfyller laboratoriet utrustningskrav enligt SS-EN ISO/IEC 17025?		
Om inte, vad behöver förbättras?		
Kalibrering av utrustning		
Finns skriftlig rutin för kalibrering?		

Med vilken intervall kalibreras utrustning?		<i>Notering: Max ett års intervall om inte särskilt behov uppstår.</i>
Kalibreras utrustning av ackrediterat tredjepartsorgan?		
Om inte, sker kalibrering med dokumenterad metod och med spårbarhet till riksmätplats?		
Har utrustningen validerats korrekt?		
Om inte, vad behöver förbättras?		
Dokumentation		
Finns skriftlig rutin för dokumentation av provningsresultat?		
Om inte, hur säkerställs att provningsresultat dokumenteras korrekt?		
Kan provningsresultat redovisas separat?		
Uppfylls dokumentationskrav enligt SS-EN ISO/IEC 17025?		
Om inte, vad behöver förbättras?		